

**FORNITURA DI PRICK TEST, PATCH TEST E ALLERGENI ALLE AZIENDE
UNITA' SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA
GARA cod. ANAC 8612339**

CHIARIMENTI PUBBLICATI IL 7.7.2022

CHIARIMENTO N.1

Quesito

al fine di favorire la concorrenza e nell'interesse della Vostra Spett.le Stazione Appaltante chiediamo la possibilità di partecipare offrendo anche solo alcune delle referenze richieste nei lotti, in deroga a quanto previsto al punto 4.1. del Capitolato Tecnico per i lotti 1; 2; 3. Anche altre stazioni appaltanti hanno deciso di aggiudicare al minor prezzo per singolo allergene richiesto e non complessivo per lotto, così da ampliare il numero di concorrenti che potrebbero partecipare alla procedura e garantire una maggior economicità

Risposta

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara in merito alla suddivisione dei lotti ed alle caratteristiche essenziali degli stessi.

CHIARIMENTO N.2

Quesito

In relazione al lotto n. 4 - aghi per prick test monouso sterili - all'articolo 4.2 del capitolato tecnico si parla di lancette per prick test sterili. Attualmente sul mercato sono disponibili aghi in plastica monouso e lancette in metallo monouso. Si chiede di precisare il materiale di cui deve essere composto il dispositivo medico.

Risposta

Saranno accettati sia aghi in plastica monouso sterili che lancette in metallo monouso sterili