

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, IN FORMA CENTRALIZZATA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GUANTI DESTINATI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA. CODICE GARA ANAC 8521255

VERBALE SEDUTA DEL GIORNO 14/09/2022

- con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. del 27/04/2022 è stata indetta la gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 per la fornitura di guanti, occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria suddivisa in n. 2 lotti, da espletare mediante procedura aperta, ai sensi cui all'art.60 del D. Lgs. n.50/2016;
- nella seduta del 08/06/2022 si è tenuta la seduta di apertura delle buste amministrative, nel corso della quale sono state disposte le ammissioni delle ditte la cui documentazione amministrativa è risultata regolarmente trasmessa e alla ammissione con riserva delle ditte nei confronti delle quali è stato attivato il sub-procedimento di soccorso istruttorio;
- Si è in seguito proceduto in successiva seduta alla verifica della documentazione di soccorso istruttorio e all'esito il RUP ha disposto il provvedimento di ammissione ed esclusione complessivamente riepilogando, per le seguenti ditte concorrenti:

OPERATORE ECONOMICO	STATUS	LOTTE DI PARTECIPAZIONE
BERICAH SPA	AMMESSO	1
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	AMMESSO	1
CHEMIL SRL	AMMESSO	1 - 2
CLINI-LAB SRL	AMMESSO	1 - 2
GARDENING - SRL	AMMESSO	1
LOHMANN & RAUSCHER SRL	AMMESSO	1
MED CONSULTING SRL	AMMESSO	1
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY UNIPERSONALE	AMMESSO	1
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	AMMESSO	1
PAUL HARTMANN S.P.A.	AMMESSO	1
RAYS S.P.A.	AMMESSO	1

Handwritten notes:
on top of table
lp
tr

- con determina dell'Amministratore Unico del 02/08/2022, è stata nominata la relativa commissione giudicatrice come qui di seguito specificata:
 - o Dott. Francesco Casoli - Dirigente farmacista - Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Presidente;
 - o Dott.ssa Fabrizio Antonini - Coordinatore Infermieristico Blocco Operatorio - Azienda Usl umbria 2, in qualità di membro;
 - o Dott.ssa Emanuela Santuro - Coordinatrice Infermieristica - Azienda Ospedaliera Terni, in qualità di membro;

nominando altresì la dott.ssa Nicoletta Filistauri di PuntoZero Scarl quale segretario verbalizzante.

TANTO PREMESSO

Il Presidente della Commissione dà atto che in data odierna 14/09/2022 alle ore 9:00 si è riunita, presso la sede di PuntoZero Scarl, la Commissione giudicatrice, per la prima seduta, regolarmente costituita unitamente alla Dott.ssa Nicoletta Filistauri che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, alla presenza della Dott.ssa Carolina Cinesi e Dott.ssa Valentina Alabastri, in qualità di supporti del RUP.

La Dott.ssa Filistauri sottopone i plichi delle campionature pervenute alla Commissione che, dopo averne verificato l'integrità dell'imballaggio, li sottoscrive per conferma e presa in carico, definendo come luogo di custodia i locali degli uffici di PuntoZero Scarl dove si svolgono le sedute di gara, all'interno di apposite armadiature chiuse a chiave.

Si procede ai sensi dell'art. 58 del Dlgs 50/2016, mediante piattaforma di eprocurement Net4Market, che pur non consentendo agli OO.EE. di potersi collegare "in diretta", tuttavia assicura la tracciabilità di tutte le fasi e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato tenendo conto anche della opportunità di mantenere distanziamento sociale a tutela della salute pubblica.

La Commissione, a partire dalle ore 9,30 provvede con le attività previste al par. 23 del Disciplinare in particolare procede a verificare il deposito telematico della documentazione tecnica inviata dai

le
tr
el

concorrenti e, una volta aperte le relative cartelle, a controllare la completezza della documentazione presentata e apre virtualmente le offerte tecniche.

Tutte le Ditte hanno superato positivamente la verifica circa il regolare e completo deposito telematico della documentazione tecnica e relativa firma digitale:

Si procede quindi alla valutazione tecnica dei prodotti offerti attraverso la preliminare verifica della sussistenza dei requisiti tecnici minimi previsti nel capitolato tecnico per ciascun lotto, per poi passare alla valutazione delle caratteristiche preferenziale con attribuzione dei relativi punteggi in base a quanto stabilito nel Capitolato speciale di gara.

Per ciascun lotto, da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale (D), la commissione procederà calcolando la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento qualitativo dell'offerta secondo la seguente scala di valutazione:

GIUDIZIO COMM.NE	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	INADEGUATO
VALORE ASSEGNATO V(A)	1	0,80	0,60	0,40	0,20	0

La Commissione dà atto che per quanto riguarda la valutazione dell' *"indice di resistenza allo strappo"* sarà preso a riferimento il valore dichiarato riferito a prima dell'invecchiamento.

Si riepiloga di seguito l'esito del procedimento valutativo per ciascun lotto e per ogni concorrente:

LOTTO 1:

- BERICAH SRL: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale: 61,32;
- CARDINAL SRL: La Commissione non rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi in quanto dalla scheda tecnica emerge che non è integrato il requisito minimo del *"puro lattice"*

Handwritten signatures and notes:
Top right: *[Signature]*
Bottom right: *Per averla*
Bottom right: *QR*

di gomma naturale di prima qualità <<medical grade>>" in quanto la scheda tecnica attesta che il prodotto. . Non si procede pertanto alla verifica di sussistenza degli altri requisiti tramite campionatura in quanto l'assenza dei citati requisiti minimi è ritenuta dirimente. Per le ragioni precedentemente espresse il dispositivo è giudicato non conforme ai requisiti tecnici minimi e pertanto NON IDONEO. Conseguentemente viene ESCLUSO dal prosieguo della gara.

- CHEMIL SRL: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale: 45,95;
- CLINI-LAB SRL: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale: 60,39;
- GARDENING SRL: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi: a tal proposito dà atto che rispetto al requisito della sterilizzazione mediante radiazioni ionizzanti la Ditta presenta una dichiarazione di equivalenza indicando la modalità di sterilizzazione con modalità processo a ossido di etilene (equivalente al metodo a raggi gamma richiesto dal capitolato tecnico); la Commissione ritiene confermata la sussistenza del requisito minimo richiesto ed equivalente a quello prescritto dal capitolato tecnico.
Si procede pertanto alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale: 61,23;
- LOHMANN & RAUSCHER SRL: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale: 57,20;
- MED CONSULTING SRL La Commissione non rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi in quanto dalla scheda tecnica emerge che non è integrato il requisito minimo dei "deproteinizzati" non dichiarato nella scheda tecnica. Inoltre si rileva che manca il documento di cui alla lettera c) del paragrafo 15 del Disciplinare di gara e la relativa dichiarazione di copia conforme all'originale (*"Certificazioni richieste in copia conforme all'originale con annessa dichiarazione dell'Organismo Notificato (ovvero ente notificatore)"*) richiesto a pena di esclusione. Non si procede pertanto alla verifica di sussistenza degli altri requisiti tramite campionatura in quanto l'assenza dei citati requisiti

[Handwritten signatures]

minimi è ritenuta dirimente. Per le ragioni precedentemente espresse il dispositivo è giudicato non conforme ai requisiti tecnici minimi e pertanto NON IDONEO. Conseguentemente viene ESCLUSO dal prosieguo della gara.

- MEDLINE INTERNATIONAL ITALY UNIPERSONALE: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale: 65,37;
- NACATUR INTERNATIONAL: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale: 62,90;
- PAUL HARTMANN SPA: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale: 50,30;
- RAYS SPA: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale: 46,84;

In osservanza alla lex specialis di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
BERICAH SPA	61,32	65,66
CHEMIL SRL	45,95	49,20
CLINI-LAB SRL	60,39	64,66
GARDENING - SRL	61,23	65,57
LOHMANN & RAUSCHER SRL	57,20	61,25
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY UNIPERSONALE	65,37	70
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	62,90	67,36
PAUL HARTMANN S.P.A.	50,30	53,86
RAYS S.P.A.	46,84	50,16

ew
ag
Cyl
Re di

LOTTO 2:

- CHEMIL SRL La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale: 59,75;
- CLINI-LAB SRL: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale: 66,00;

In osservanza alla lex specialis di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
CHEMIL SRL	59,75	63,37
CLINI-LAB SRL	66,00	70,00

Alle ore 13.33 la Commissione conclude la fase di valutazione tecnica e dispone di procedere alla conseguente apertura virtuale delle offerte economiche anche al fine di ottimizzare le operazioni e le tempistiche di gara.

Le graduatorie, contenenti anche i valori economici delle offerte, sono definite come da allegati. La Commissione dà atto che gli aggiudicatari per lotto sono i seguenti:

- lotto 1 aggiudicato alla Ditta MEDLINE INTERNATIONAL ITALY UNIPERSONALE;
- lotto 2 aggiudicato alla Ditta CLINI-LAB SRL.

La Commissione rileva che per il solo lotto 1 l'offerta vincitrice ha superato la soglia di anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Dlgs 50/2016 e cioè il punteggio tecnico di 56 punti (avendo conseguito 65,37 punti) e quello economico di 24 punti (avendo conseguito 29,88 punti) e per tali ragioni il RUP procederà a richiedere i conseguenti giustificativi alla ditta aggiudicataria.

Alle ore 14.00 si chiudono le attività e si rinvia per la fase successiva ad altra seduta.

La campionatura viene riposta in armadiatura chiusa a chiave presso gli uffici di PuntoZero scarl.

Il verbale viene letto e confermato nel suo contenuto pertanto viene sottoscritto come segue.

▪ Dott. Francesco Casoli – con funzioni di Presidente;

▪ Dott. Fabrizio Antonini – in qualità di membro;

▪ Dott.ssa Emanuela Santuro – in qualità di membro.

▪ Dott.ssa Nicoletta Filistauri - segretario verbalizzante

▪ Dott.ssa Carolina Cinesi - collaboratore e testimone

▪ Dott.ssa Valentina Alabastri - collaboratore e testimone

Francesco Casoli
Fabrizio Antonini
Emanuela Santuro
Nicoletta Filistauri
Carolina Cinesi
Valentina Alabastri

Graduatoria

Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GUANTI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA (LOTTI DESERTI)

Round: 1 - Immissione valore offerta

ola
cu
es
es

**LOTTO 2 - GUANTI STERILI IN POLIETILENE SENZA POLVERE - Base asta
ribassabile unitario: 0.100 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo
previsto: Non definito**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud. agg.	Data Sort.
1	CLINI-LAB SRL	0.088		27.023	70.000	97.023	12.000	Si	No
2	CHEMIL SRL	0.083		30.000	63.370	93.370	17.000	No	No

re di

Adrian A

AR ee

REQUISITI MINIMI			BERICAH SPA			CARDINAL HEALTH			CHEMIL SRL			CLINILAB SRL			GARDENING SRL			LOHMANN&RAUSCHER SRL			MED CONSULTING SRL			MEDLINE INTERNATIONAL ITALY UNIPERSONALE			NACATUR INTERNATIONAL			PAUL HARTMANN SPA			RAY'S SPA						
Certificazione CE			X			X			X			X			X			X			SOLO DICHIARATO NON PRESENTATA CERTIFICAZIONE			X			X			X			X						
Guanti monouso			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X						
sterili per uso chirurgico standard			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X						
natura polverata			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X						
realizzati in puro lattice di gomma naturale di prima qualità "medical grade"			X			LATTICE E NITRILE			X			X			X			X			X			X			X			X			X						
idonei ad effettuare medicazioni, esplorazioni ed altre manovre terapeutiche, diagnostiche e assistenziali			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X						
antistatici			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X						
di colore chiaro			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X						
deformizzabili			X			X			X			X			X			X			X			NON DICHIARATO			X			X			X						
idonei ad effettuare manovre invasive chirurgiche, terapeutiche e diagnostiche che richiedano procedura sterile e tecnica di precisione			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X						
taglia e indicazione destra (DX o R) o sinistra (SX o L) riportata sulla manichetta del guanto, impressa e stampata con inchiostro atossico indelebile			X			NON SI PROCEDE ALLA VALUTAZIONE IN QUANTO NON VERIFICATA LA CAMPIONATURA PER INIDONEITA' DEL PRODOTTO			X			X			X			X			NON SI PROCEDE ALLA VALUTAZIONE IN QUANTO NON VERIFICATA LA CAMPIONATURA PER INIDONEITA' DEL PRODOTTO			X			X			X			X						
sterilizzazione mediante radiazioni ionizzanti, secondo le indicazioni riportate dalla P.U. vigente			X			X			X			X			X (ART. 48)			X			X			X			X			X			X						
forma anatomica intercambiabile DX e SX (ambidestri)			X			NON SI PROCEDE ALLA VALUTAZIONE IN QUANTO NON VERIFICATA LA CAMPIONATURA PER INIDONEITA' DEL PRODOTTO			X			X			X			X			X			X			X			X			X						
misura dalla 6 alla 9			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X						
			IDONEO			NON IDONEO			IDONEO			IDONEO			IDONEO			IDONEO			NON IDONEO			IDONEO			IDONEO			IDONEO			IDONEO						
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE			NON SI PROCEDE A VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			NON SI PROCEDE A VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE						
1a) Confezionamento primario: busta doppia involucro: funzionalità dell'involucro interno ed esterno intesa come maneggevolezza all'apertura e facilità di estrazione del guanto	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI				PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI				PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI				
	2	2	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO				0	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	2	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	1,73	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	1,2	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	2	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	2	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	1,2	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO			
1b) Confezionamento primario: busta doppia involucro: utilizzo di confezioni primarie con cerniere a prodotto con indicazione del punto di apertura	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTI						PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTI			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTI			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTI					PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTI			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTI			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTI							
	2	2	SI						0	NO			2	SI			2	SI					2	SI			2	SI			2	SI							
2) Confezionamento secondario: scatola di protezione: maneggevolezza all'apertura, la facilità di estrazione del confezionamento primario, la robustezza del cartoncino della confezione, la facilità di microregolazione e la chiarezza delle indicazioni tecniche atte a individuare le caratteristiche del prodotto.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI				PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI				PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI				
	2	0	INADEGUATO	INADEGUATO	INADEGUATO				0	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	1,467	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	0	INADEGUATO	INADEGUATO	INADEGUATO				2	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	0	INADEGUATO	INADEGUATO	INADEGUATO	1,2	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO				
NON PRESENTE NELLA CAMPIONATURA																																							
3) Sensibilità tattile: sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la sensibilità al polipropilene	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI				PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI				PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI				
	12	8,8	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO				8	ADEGUATO	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	9,6	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	12	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO				11,2	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	11,2	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	7,2	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO				
4) Capacità di presa: sarà oggetto di valutazione la capacità di presa	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI				PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI				PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI				
	12	9,6	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO				7,2	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	8,8	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	10,4	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	9,6	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	10,4	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	12	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	7,2	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO			
5) Comfort, idromorfabilità e protezione per l'operatore: sarà oggetto di valutazione l'elasticità e la morbidezza del guanto. Il grado di idromorfabilità inteso come mantenimento della forma anatomica a livello dei polsaretti durante l'utilizzo e la protezione per l'operatore intesa come maggiore lunghezza e migliore aderenza della manichetta al braccio.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI				PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI				PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI				
	12	12	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO				9,6	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	10,4	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	10,4	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO				11,2	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	11,2	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	8,8	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO				
6) Facilità di indossamento: sarà oggetto di valutazione la facilità di indossamento e scorrevolezza del guanto in tutte le situazioni (anche in presenza di mani sudate) intesa come minor resistenza all'ingresso e maggiore resistenza alla rottura nel momento in cui si indossa. Progettare e confezionare in modo da consentire l'indossabilità del guanto con tecnica asettica.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI				PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI				PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI				
	12	12	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO				8	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	11,2	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	12	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO				11,2	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	12	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	8	ADEGUATO	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO				
7) Indice di resistenza allo strappo	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX				PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX				PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX				
	6	4,92	0,82	16,4	20				3,15	0,52	16,5	20	4,92	0,82	16,4	20	2,70	0,45	9	20	6,80	1,00	20	20	5,37	0,90	17,9	20	4,50	0,75	15	20	5,10	0,85	17	20	2,00	0,34	6,9
8) Valore AQL (UNI EN 455 - 1)	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AQL<=0,65	0,65<AQL<1,5	AQL<=1,5				PUNTEGGIO CONSEGUITO	AQL<=0,65 (8 punti)	0,65<AQL<1,5 (4 punti)	AQL<=1,5 (0 punti)	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AQL<=0,65 (8 punti)	0,65<AQL<1,5 (4 punti)	AQL<=1,5 (0 punti)	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AQL<=0,65 (8 punti)	0,65<AQL<1,5 (4 punti)	AQL<=1,5 (0 punti)				PUNTEGGIO CONSEGUITO	AQL<=0,65 (8 punti)	0,65<AQL<1,5 (4 punti)	AQL<=1,5 (0 punti)	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AQL<=0,65 (8 punti)	0,65<AQL<1,5 (4 punti)	AQL<=1,5 (0 punti)	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AQL<=0,65 (8 punti)	0,65<AQL<1,5 (4 punti)	AQL<=1,5 (0 punti)				
	8	8	X						8	X			8	X			8	X						8	X			8	X			8	X						
9) Test certificati per la misurazione della resistenza alla perforazione: visuale, secondo EN 374-5 oppure ASTM D 1671	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTI						PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTI			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTI			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTI					PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTI			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTI			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTI							
	2	2	SI						2	SI			2	SI			2	SI					2	SI			2	SI			2	SI							
TOTALE PUNTEGGIO			61,32						45,95			60,39			61,25			57,20						65,37			62,90			50,30			46,84						
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO			65,40						49,20			64,60			61,25			67,34						70,00			67,34			50,10			50,10						

LOTTO 2 - GUANTI STERILI IN POLIETILENE SENZA POLVERE

REQUISITI MINIMI			CHEMIL SRL				CLINILAB				
Certificazione CE			X				X				
Guanti sterili			X				X				
in polietilene elasticizzato			X				X				
senza polvere			X								
devono tutelare l'operatore sanitario e il paziente nei confronti del rischio da contaminazione reciproca, idonei ad effettuare manovre assistenziali che richiedano procedura sterile			X				X				
privi di polvere lubrificante			X				X				
privi di sfilacciature sulle dita			X				X				
termosaldatura atraumatica			X				X				
accoppiati su carta esente da collanti			X				X				
disponibilità di misura/taglia S, M, L			X				X				
			IDONEO				IDONEO				
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				
1a)	confezionamento primario: busta doppio involucro: funzionalità dell'involucro interno ed esterno intesa come maneggevolezza all'apertura e facilità di estrazione del guanto	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	
		2	2	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	2	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	
1b)	confezionamento primario: busta doppio involucro: utilizzo di confezione primaria contenente il prodotto con indicazione del punto di apertura	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			
		2	2	SI			2	SI			
2)	Confezionamento secondario: scatola dispenser: maneggevolezza all'apertura, la facilità di estrazione del confezionamento primario, la robustezza del cartoncino della confezione, la facilità di stoccaggio e la chiarezza delle indicazioni tecniche atte a individuare le caratteristiche del prodotto.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	
				PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO		2	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				0,80	0,80	0,80			1,00	1,00	1,00
3)	Sensibilità tattile: sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la sensibilità al polpastrello	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	
				OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		12	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
4)	Capacità di presa: sarà oggetto di valutazione la capacità di presa	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	
				OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		12	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
5)	Comfort, indeformabilità e protezione per l'operatore: sarà oggetto di valutazione l'elasticità e la morbidezza del guanto, il grado di indeformabilità inteso come mantenimento della forma anatomica a livello dei polpastrelli durante l'utilizzo e la protezione per l'operatore intesa come maggiore lunghezza e migliore aderenza della manichetta al camice.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	
				OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		13	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
6)	Facilità di indossamento: sarà oggetto di valutazione la facilità di indossamento e scorrevolezza del guanto in tutte le situazioni (anche in presenza di mani umide) intesa come minor resistenza/difficoltà all'ingresso e maggiore resistenza alla rottura nel momento in cui si indossa. Piegati e confezionati in modo da consentire l'indossabilità del guanto con tecnica asettica.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	SANTURO	ANTONINI	CASOLI	
				OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		13	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
7)	Indice di resistenza allo strappo	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX	PUNTEGGIO CONSEGUITO	VAI	VA	VMAX	
		6	4,15	0,69	1,7	2,46	6,00	1,00	2,46	2,46	
8)	Valore AQL (UNI EN 455 – 1)	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AQL<=0,65 (8 punti)	0,65<AQL<1,5 (4 punti)	AQL=1,5 (0 punti)	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AQL<=0,65 (8 punti)	0,65<AQL<1,5 (4 punti)	AQL=1,5 (0 punti)	
		8	0			X	4		X		
TOTALE PUNTEGGIO			59,75				66,00				
TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO			63,37				70,00				

GIUDIZIO

OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature on the left.
 - "ep" in the center.
 - "lehu" in the center-right.
 - "up" on the right.
 - "an" at the bottom right.