

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

(saranno assegnati sulla base della campionatura pervenuta, delle schede tecniche e della relazione tecnica)

TABELLA 1
PER I LOTTI 1 – 2 – 3 – 4 – 5

		PUNTI
1	RADIOPACITÀ E VISIBILITÀ DEL CATETERE E DEL PALLONE <i>La commissione valuterà la maggiore radiopacità e la migliore visibilità del catetere e del pallone tramite esame del campione. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	30
2	FLESSIBILITÀ DEL CATETERE <i>La commissione valuterà la maggior flessibilità del catetere tramite esame del campione. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	25
3	ADATTABILITÀ DEL PALLONCINO/MANOVRABILITÀ FORZA RADIALE <i>La commissione valuterà la migliore adattabilità, la migliore manovrabilità e la migliore forza radiale del palloncino. La valutazione è eseguita sul campione. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
4	VARIABILITÀ MISURE <i>La commissione valuterà il maggior numero di diametri e lunghezza del pallone offerte. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	5
	TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 2 – PER I LOTTI 6 – 7

		PUNTI
1	MANEGGEVOLEZZA E SCORREVOLEZZA DEL SISTEMA <i>La commissione valuterà la maggiore maneggevolezza e maggior scorrevolezza del sistema. La valutazione è eseguita sul campione. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	25
2	RASTREMATURA E ATRAUMATICITÀ DEL SISTEMA <i>La commissione valuterà la maggiore rastrematura e maggior atraumaticità del sistema. Valutazione in vitro della consistenza del materiale della campionatura. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	25
3	RADIOPACITÀ E VISIBILITÀ <i>La commissione valuterà la maggiore radiopacità e la migliore visibilità del catetere e del pallone tramite esame del campione. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	25
4	DISPONIBILITÀ DI VARIE MISURE <i>La commissione valuterà il maggior numero di diametri e lunghezza del pallone offerte. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	5
	TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 3 - PER I LOTTI 9 - 11 – 12

		PUNTI
1	SCORREVOLEZZA DEL DEVICE <i>La commissione valuterà la maggiore scorrevolezza del device. Valutazione in vitro. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	30
2	SCORREVOLEZZA DELL'AGO NELLA GUAINA DURANTE LA MANOVRA <i>La commissione valuterà la maggiore scorrevolezza dell'ago. Valutazione in vitro. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	25
3	AFFILATURA E CAPACITÀ DI PENETRAZIONE DELL'AGO NEI TESSUTI <i>La commissione valuterà la maggiore affilatura e capacità di penetrazione. Valutazione in vitro. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
4	QUALITÀ DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA FUORIUSCITA DELL'AGO <i>La commissione valuterà la migliore qualità del sistema di controllo della fuoriuscita dell'ago. Valutazione in vitro. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	5
	TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 4 – PER IL LOTTO 14 - 19

	PUNTI
RESISTENZA ALLO STRESS DI APPLICAZIONE <i>La commissione valuterà con maggior punteggio la risposta della CLIP allo stimolo di rotazione con strumento in retroflessione e in caso di utilizzo con strumento a visione laterale. Valutazione in vitro. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	40
TENUTA CLIPS <i>La commissione valuterà con il punteggio più alto la clip con maggiore capacità di chiusura: valutazione in vitro della capacità di mantenere le valve ravvicinate una volta chiusa la clip. Valutazione in vitro Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
DISPONIBILITÀ DIVERSE MISURE <i>Maggiore punteggio alla maggiore varietà di fogge e misure offerte. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	15
FACILITÀ SISTEMA DI RILASCIO <i>La commissione valuterà con il maggior punteggio il sistema più ergonomico. valutazione in vitro.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	5
TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 5 PER I LOTTI 15-16 E 137

	PUNTI
MANOVRABILITÀ DEL DEVICE <i>La commissione valuterà con il maggior punteggio il device che più facilmente può essere manovrabile esame in vitro. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	25
ATRAUMATICITA' <i>La commissione valuterà con il maggior punteggio al device che presenta da relazione e scheda tecnica la minore traumaticità sulle pareti del viscere. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	25
TENUTA DEI PUNTI DI SUTURA <i>La commissione valuterà con il maggior punteggio ai punti che presentano maggiore presa e minore traumatismo una volta rilasciati. Scheda relazione tecnica e letteratura scientifica. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	30
PUNTEGGIO TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 6– PER I LOTTI – 18

	PUNTI
VERSATILITÀ APPLICATORE E MANOVRABILITÀ DEL SISTEMA Maggiore punteggio all'applicatore in grado di esercitare la funzione propria in condizioni critiche., retroversione; valutazione in vitro del sistema di montaggio dell'intero device. Esame in vitro. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	20
TENUTA CLIPS La commissione valuterà con il punteggio più alto la clip con maggiore capacità e diametro di presa. Inoltre verrà valutata in vitro della capacità di eseguire una chiusura efficace e sicura. Valutazione in vitro Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	20
DISPONIBILITÀ DIVERSE MISURE Maggiore punteggio alla maggiore varietà di fogge e misure offerte. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	15
FACILITÀ SISTEMA DI RILASCIO La commissione valuterà con il maggior punteggio il sistema più ergonomico. Valutazione in vitro. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	5
FACILITA' DI RICONOSCIMENTO DELLE CLIP La commissione valuterà con il maggior punteggio il prodotto più facilmente riconoscibile dal packaging. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	20
PUNTEGGIO TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 7 PER IL LOTTO 24

	PUNTI
ERGONOMIA DELL'APPLICATORE <i>La commissione valuterà con punteggio più alto le caratteristiche tecniche del prodotto che agevolano l'applicabilità del device anche in condizioni di stress sfavorevoli. La valutazione avverrà esaminando il campione comprensivo di applicatore. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	25
COMPLETEZZA DEL KIT <i>La Commissione valuterà positivamente la più ampia disponibilità di varie misure del catetere. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
FACILITÀ DI UTILIZZO <i>La commissione valuterà la semplicità e la velocità di assemblaggio per l'utilizzo del prodotto tramite esame del campione. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
TEMPO DI EMOSTASI <i>La Commissione prediligerà il minor tempo di emostasi del prodotto offerto in condizioni standard. Il tempo di emostasi dovrà risultare dalla scheda tecnica. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare</i>	15
PUNTEGGIO TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 8 PER IL LOTTO 128

	PUNTI
VERSATILITÀ APPLICATORE E MANOVRABILITÀ DEL SISTEMA Maggiore punteggio all'applicatore in grado di esercitare la funzione propria in condizioni critiche (retrovisione e strumento a visione laterale): valutazione in vitro della scorrevolezza del dispositivo nello strumento endoscopico in condizioni critiche (retrovisione e strumento a visione laterale). Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	15
TENUTA CLIPS La commissione valuterà con il punteggio più alto la clip con maggiore capacità di chiusura: valutazione in vitro della capacità di mantenere le valve ravvicinate una volta chiusa la clip. Valutazione in vitro Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	15
COMPLETEZZA DEL KIT Maggiore punteggio kit dotato di tutti i device necessari all'asportazione della lesione: sistema di aspirazione/trazione della lesione, sistema di sutura, sistema di taglio della lesione. Assegnazione del punteggio in modalità tabellare in presenza del kit= 20 punti in caso di assenza o difformità del kit alla descrizione =0 punti	SI=20 NO= 0
FACILITÀ SISTEMA DI RILASCIO La commissione valuterà con il maggior punteggio il sistema più ergonomico. valutazione in vitro. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	15
PERFORMANCE DEL DEVICE NELL'ASPORTAZIONE A TUTTO SPESSORE DELLA LESIONE DI PARETE La commissione valuterà con il maggior punteggio il prodotto che eseguirà l'asportazione a tutto spessore della lesione in una sola manovra. La valutazione si basa sulla scheda tecnica Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	15
PUNTEGGIO TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 9 – PER I LOTTI 21 - 80- 95 - 97 - 98 - 113 - 114 - 126 - 138 - 139 - 140
SARÀ VALUTATA L'IDONEITÀ TECNICA ESSENDO AGGIUDICATI CON IL CRITERIO
DEL PREZZO PIÙ BASSO

TABELLA 10 – PER I LOTTI 25 - 26 -27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33

	PUNTI
MANEGGEVOLEZZA DEL MECCANISMO DI APERTURA <i>La commissione valuterà positivamente il prodotto più maneggevole sulla base della campionatura ricevuta. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
DISPONIBILITÀ DI DIAMETRI E CONFORMAZIONI <i>La commissione valuterà con maggiore punteggio l'offerta con la più ampia gamma di diametri, misure e conformazioni. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	30
QUALITÀ DEL MATERIALE IN TERMINI DI RIGIDITÀ E PERFORMANCE (RISPOSTA ALLA CHIUSURA, NON DEFORMABILITA' DELL'ANSA E DELLA GUAINA) <i>La commissione valuterà con maggiore punteggio il prodotto offerto in cui siano maggiormente presenti le caratteristiche sopra elencate da esame in vitro. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	30
PUNTEGGIO TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 11 – PER IL LOTTO 118 - 119

	PUNTI
ERGONOMICITÀ DEL SISTEMA <i>La commissione valuterà con punteggio più alto le caratteristiche tecniche del prodotto che agevolano l'applicabilità del device anche in condizioni di stress sfavorevoli. La valutazione avverrà esaminando il campione comprensivo di applicatore. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	15
DISPONIBILITÀ DI ACCESSORI <i>La commissione valuterà con maggiore punteggio l'offerta con la più ampia disponibilità di accessori presentati nell'offerta tecnica. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
TRASPARENZA DEL CAPPuccio <i>La commissione valuterà con punteggio più alto la qualità delle immagini che si ottengono attraverso il cappuccio montato tramite apposita relazione descrittiva corredata di immagini. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	15
ADATTABILITÀ DELL'ANSA AL CAPPuccio <i>La commissione valuterà con punteggio più alto la capacità dell'ansa di adattarsi alla scanalatura e alla forma del cappuccio. Valutazione in vitro. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	30
PUNTEGGIO TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 11 - PER LOTTO 118

	PUNTI
PRESENZA DI CATETERE SPRAY, AGO DA INIEZIONE La commissione assegnerà il punteggio solo in presenza di entrambi gli elementi indicati. criterio tabellare: presenza di catetere spray ed ago da iniezione = 50 punti assenza di catetere spray ed ago da iniezione = 0 punti.	SI= 50 NO=0
SEMPLICITÀ D'UTILIZZO, MANEGGEVOLEZZA E VERSATILITÀ DEL DISPOSITIVO La commissione valuterà con punteggio maggiore il prodotto più semplice da usare, più maneggevole (da applicazione in vitro) e più versatile (cioè adattabile ai vari tipi di endoscopi disponibili sul mercato risultante da schede tecniche). Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	15
QUALITÀ DEI MATERIALI La commissione valuterà con punteggio maggiore il prodotto che, in base alla qualità dei materiali indicati nella scheda tecnica, presenta il miglior profilo di sicurezza. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	15
PUNTEGGIO TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 12– PER I LOTTI 35 - 36 - 37 - 38

	PUNTI
RADIOPACITÀ <i>La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device tramite esame del campione. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	25
SCORREVOLEZZA DEL DEVICE NEL CANALE OPERATORE <i>La commissione valuterà con punteggio più alto il prodotto in grado di presentare il minore attrito in fase di spinta e di fuoriuscita dal canale operatore con esame in vitro. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	15
QUALITÀ DEL MATERIALE IN TERMINI DI FLESSIBILITÀ <i>La commissione valuterà la maggior flessibilità del device tramite esame del campione. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	15
QUALITÀ DEL MATERIALE IN TERMINI DI NON DEFORMABILITÀ' <i>La commissione valuterà la maggior resistenza e la non deformabilità del catetere alla pressione e stress di spinta tramite esame in vitro. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	25
TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 13 – PER I LOTTI 39 - 40- 41 - 42 - 45 - 46

	PUNTI
ATRAUMATICITÀ E SCORREVOLEZZA <i>La commissione valuterà con punteggio più alto il prodotto in grado di presentare il minore attrito in fase di spinta e di fuoriuscita dal canale operatore con esame in vitro. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	10
QUALITÀ DEL FILO DI TAGLIO <i>La commissione valuterà con punteggio più alto il filo di taglio che avviene con minore dispersione di calore in base alla relazione descrittiva. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
MANEGGEVOLEZZA DEL SISTEMA <i>La commissione valuterà positivamente il prodotto più maneggevole sulla base della campionatura ricevuta. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	5
RADIOPACITÀ <i>La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device tramite esame del campione. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	15
QUALITÀ DEL MATERIALE IN TERMINI DI NON DEFORMABILITÀ <i>La commissione valuterà la maggior resistenza e la non deformabilità del catetere alla pressione di spinta, allo stress in fase di tensione del filo guida e nel momento in cui il catetere esce dal canale operatore e si posiziona davanti alla papilla tramite esame in vitro. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	30
TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 14 - PER LOTTI 43-44

	PUNTI
ATRAUMATICITÀ E SCORREVOLEZZA <i>La commissione valuterà con punteggio più alto il prodotto in grado di presentare il minore attrito in fase di spinta e di fuoriuscita dal canale operatore con esame in vitro. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	10
QUALITÀ DI TAGLIO DEL TAGLIENTE <i>La commissione valuterà con punteggio più alto la qualità e le caratteristiche del materiale che costituisce il filo di taglio (come da descrizione dettagliata fornita dalla scheda tecnica). Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	10
MANEGGEVOLEZZA DEL SISTEMA <i>La commissione valuterà positivamente il prodotto più maneggevole sulla base della campionatura ricevuta. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	10
RADIOPACITÀ <i>La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device tramite esame del campione e letteratura scientifica. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	10
ORIENTABILITÀ DELLA PUNTA <i>La commissione valuterà con punteggio più alto il miglior rapporto di risposta rotazione manipolo - rotazione punta. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
QUALITÀ DEL MATERIALE IN TERMINI DI NON DEFORMABILITÀ <i>La commissione valuterà la maggior resistenza e la non deformabilità del catetere alla pressione e stress di spinta tramite esame in vitro. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 15 – PER IL LOTTO 47

	PUNTI
SCORREVOLEZZA DEL FILO GUIDA NEI SONDINI <i>La commissione valuterà la maggior scorrevolezza del device tramite esame del campione in vitro mediante esame della campionatura ricevuta. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	30
ATRAUMATICITÀ <i>la Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta migliori caratteristiche qualitative per minore traumaticità. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	25
RADIOPACITÀ <i>La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device tramite esame del campione e letteratura scientifica. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	15
SISTEMA DI ANCORAGGIO INTRABILIARE <i>La commissione valuterà la maggior stabilità del sondino una volta posizionato nella via biliare anche sulla base delle caratteristiche del disegno del device. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	10
TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 16 - PER I LOTTI 123 - 124 - 125

	PUNTI
RADIOPACITÀ DEL CATETERE E DEL PALLONE <i>La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device tramite esame del campione. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	10
RESISTENZA DEL PALLONE <i>La commissione valuterà la forza radiale del pallone la resistenza agli stress e la non deformabilità in fase di estrazione di calcoli. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	25
MANEGGEVOLEZZA E VERSATILITÀ DEL CATETERE <i>La commissione valuterà la maneggevolezza e la scorrevolezza del catetere anche in considerazione della non deformabilità in corso di utilizzo (spinta ed estrazione) valutazione in vitro-. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	25
QUALITÀ DEL MATERIALE <i>La commissione valuterà la qualità in base all'adeguatezza del campione tenendo conto della scheda tecnica anche in rapporto alla simulazione, tenuto conto della letteratura scientifica in merito. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 17 - PER I LOTTI 48-49-50-51-52-53

	PUNTI
FACILITÀ DI APERTURA DEL CESTELLO <i>La commissione valuterà con punteggio più alto la maggior facilità di apertura. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
RADIOPACITÀ <i>La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device tramite esame del campione. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	10
QUALITÀ DEL MATERIALE <i>La commissione valuterà con punteggio più alto il materiale utilizzato in base alla scheda tecnica e alla letteratura scientifica. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	25
ERGONOMETRIA DEL DEVICE, RESISTENZA E CONFORMABILITÀ ALLA SITUAZIONE ANATOMICA E ALLE CARATTERISTICHE DEL CALCOLO <i>La commissione valuterà con punteggio più alto la migliore flessibilità nell'approccio alla papilla e il minore traumatismo; la migliore adattabilità e maneggevolezza del catetere anche in relazione alla forma del calcolo da estrarre. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	25
TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 18 - PER IL LOTTO 54

	PUNTI
COMPATIBILITÀ TRA CESTELLO E LITOTRITORE <i>La commissione valuterà con punteggio più alto il device che presenta la facilità maggiore di montaggio e la stabilità del sistema una volta assemblato. Valutazione del campione.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
RESISTENZA DELLE VARIE COMPONENTI DEL SISTEMA <i>La commissione valuta la consistenza del materiale e la qualità dello stesso in relazione alla capacità di resistere agli stress. Valutazione del campione.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	30
MANEGGEVOLEZZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI TRITURAZIONE <i>la commissione valuta l'ergonomia del sistema e l'efficacia dello stesso. Esame in vitro.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	30
TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 19 – PER I LOTTI 55-56-57-58

	PUNTI
ADATTABILITÀ DEL SISTEMA DI BLOCCAGGIO la Commissione valuterà con punteggio più alto l'ergonomicità del sistema di bloccaggio alla parete che assicura meno traumaticità e maggiore protezione della fistola di parete. La valutazione è eseguita sul campione Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	25
QUALITÀ DEL MATERIALE (RIGIDITÀ, TRASPARENZA, RESISTENZA) la Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta migliori caratteristiche qualitative per capacità di non deteriorarsi con il tempo, capacità di mantenere in situ dopo il posizionamento, possibilità di controllare il corretto posizionamento del catetere transcutaneo. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Valutazione da scheda tecnica e da prova in vitro.	25
ASSEMBLAGGIO E COMPLETEZZA DEL KIT la Commissione valuterà con il massimo punteggio la presentazione, la completezza e la facilità di assemblaggio del kit composto da (tubo in silicone+ansa di recupero+connettore ENFIT a doppia porta+anello di tenuta esterno+anello di tenuta securlock+ago cannula 14g+filo di posizionamento ad ansa+clamp per sonda+bisturi monouso con lama 11.monouso). Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Valutazione da scheda tecnica e da prova in vitro.	10
DISPONIBILITÀ DI MISURE la Commissione valuterà con il massimo punteggio l'offerta che presenta la gamma più completa di misure risultante dalle schede tecniche. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	20
TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 20 – PER I LOTTI 59 - 60 - 61- 67

	PUNTI
CARATTERISTICHE DEL MATERIALE IN TERMINI DI RESISTENZA E BIOCOMPATIBILITÀ (TEMPO DI PERMANENZA DELLA SONDA). <i>la Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta migliori caratteristiche qualitative per capacità di non deteriorarsi con il tempo, capacità di mantenere in situ dopo il posizionamento, possibilità di controllare il corretto posizionamento del catetere transcutaneo. La valutazione è eseguita sul campione</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	25
ATRAUMATICITÀ, RASTREMATURA DELLA PUNTA. <i>la Commissione valuterà con il massimo punteggio l'ergonomicità del sistema di bloccaggio alla parete che assicura meno traumaticità e maggiore protezione della fistola di parete. Verrà valutato la facilità dell'introduzione del catetere attraverso il giudizio delle caratteristiche e del disegno della punta. esame in vitro</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	25
VARIABILITÀ DI DIAMETRI. <i>La Commissione valuterà con il massimo punteggio l'offerta che presenta la gamma più ampia di diametri. Valutazione scheda tecnica.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
FACILITA' DI RIMOZIONE <i>la Commissione valuterà con il massimo punteggio il dispositivo che presenta la più agevole rimozione e il minor traumatismo ad essa correlata. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Esame sul campione</i>	10
TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 21– PER I LOTTI 65 - 66

	PUNTI
CARATTERISTICHE DEL MATERIALE IN TERMINI DI RESISTENZA BIOCOMPATIBILITÀ <i>la Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta migliori caratteristiche qualitative per capacità di non deteriorarsi con il tempo, capacità di mantenere in situ dopo il posizionamento, possibilità di controllare il corretto posizionamento del catetere transcutaneo.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i> <i>Valutazione da scheda tecnica e da prova in vitro.</i>	30
ATRAUMATICITÀ E RASTREMATURA DELLA PUNTA <i>la Commissione valuterà con il massimo punteggio l'ergonomicità del sistema di bloccaggio alla parete che assicura meno traumaticità e maggiore protezione della fistola di parete. Verrà valutato la facilità dell'introduzione del catetere attraverso il giudizio delle caratteristiche e del disegno della punta. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i> <i>Valutazione da scheda tecnica e da prova in vitro.</i>	30
VARIABILITÀ DI DIAMETRI <i>la Commissione valuterà con il massimo punteggio l'offerta che presenta la gamma più ampia di diametri. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i> <i>Valutazione da scheda tecnica.</i>	20
PUNTEGGIO TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 22 – PER I LOTTI 63 - 64

	PUNTI
SISTEMA DI BLOCCAGGIO <i>la Commissione valuterà con punteggio più alto la facilità del sistema di bloccaggio alla parete che assicura meno traumaticità e maggiore protezione della fistola di parete. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i> <i>Valutazione da scheda tecnica e da prova in vitro.</i>	25
QUALITÀ DEL MATERIALE (RIGIDITÀ, TRASPARENZA, RESISTENZA) <i>la Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta migliori caratteristiche qualitative per capacità di non deteriorarsi con il tempo, tenuta del palloncino dopo il posizionamento, possibilità di controllare il corretto posizionamento del device e tempo di permanenza in situ del device. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i> <i>Valutazione da scheda tecnica, relazione tecnica e da prova in vitro.</i>	30
ASSEMBLAGGIO E COMPLETEZZA DEL KIT <i>la Commissione valuterà con il massimo punteggio la presentazione, la completezza e la facilità di assemblaggio del kit. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i> <i>Valutazione da scheda tecnica e da prova in vitro.</i>	25
PUNTEGGIO TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 23 - PER IL LOTTO 62

	PUNTI
COMPATIBILITÀ E SCORREVOLEZZA CON IL SISTEMA PEG <i>la Commissione valuterà con maggior punteggio la facilità del posizionamento della sonda J attraverso il sistema PEG. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i> <i>Valutazione da scheda tecnica e da prova in vitro.</i>	25
CARATTERISTICHE DEL MATERIALE IN TERMINI DI RIGIDITÀ <i>La Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta migliori caratteristiche qualitative per capacità di non deteriorarsi con il tempo. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i> <i>Valutazione da scheda tecnica e da prova in vitro.</i>	25
STABILITÀ DEL SISTEMA DI CONNESSIONE <i>la Commissione valuterà con punteggio più alto la facilità del sistema di bloccaggio alla parete che assicura meno traumaticità e maggiore protezione della fistola di parete. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i> <i>valutazione da scheda tecnica e da prova in vitro.</i>	15
ASSEMBLAGGIO E COMPLETEZZA DEL KIT <i>la Commissione valuterà con il massimo punteggio la presentazione, la completezza e la facilità di assemblaggio del kit. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i> <i>Valutazione da scheda tecnica e da prova in vitro.</i>	15
TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 24 – PER IL LOTTO 68-70-71- 72

	PUNTI
SCORREVOLEZZA DEL SISTEMA <i>La commissione valuterà la maggior scorrevolezza del device tramite esame del campione. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
ATRAUMATICITA' <i>la Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta migliori caratteristiche qualitative per minore traumaticità. la Commissione valuterà con il massimo punteggio l'offerta che presenta la gamma più completa di misure presentate nella schede tecnica. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
QUALITÀ DEL MATERIALE <i>la Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta materiali più performanti. Da relazione illustrativa e schede tecniche. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
RADIOPACITÀ <i>La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità tramite schede tecniche e letteratura scientifica. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 25 PER IL LOTTO 73

	PUNTI
SCORREVOLEZZA DEL SISTEMA <i>La commissione valuterà la maggior scorrevolezza del device tramite esame del campione. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
ATRAUMATICITA' <i>la Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta migliori caratteristiche qualitative per minore traumaticità. la Commissione valuterà con il massimo punteggio l'offerta che presenta la gamma più completa di misure presentate nella scheda tecnica. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	30
QUALITÀ DEL MATERIALE <i>la Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta materiali più performanti. Da relazione illustrativa e schede tecniche. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	30
TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 26 – PER IL LOTTO 69

	PUNTI
CARATTERISTICHE DEL MATERIALE IN TERMINI DI SCORREVOLEZZA E BIOCAMPATIBILITÀ <i>La commissione valuterà la maggior flessibilità e scorrevolezza del device tramite esame del campione. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	30
DISPONIBILITÀ DI VARI DIAMETRI E LUNGHEZZE <i>La commissione valuterà il maggior numero di diametri e lunghezze offerte indicate nella scheda tecnica. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
RADIOPACITÀ E CAPACITÀ DI PROGRESSIONE E ANTIDISLOCAMENTO IN SENSO ORO CAUDALE <i>La commissione valuterà positivamente la maggiore capacità del filo guida di non migrare verso il basso. Schede tecniche e letteratura scientifica. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	30
TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 27 – PER I LOTTI 74 - 75 - 76 - 77 - 81 - 82 - 83 - 85 -

	PUNTI
FLESSIBILITÀ E SCORREVOLEZZA DEL SISTEMA <i>La commissione valuterà con maggiore punteggio la maggior flessibilità e scorrevolezza del device tramite esame del campione. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i> <i>Esame del campione in vitro.</i>	25
ERGONOMICITÀ DEL SISTEMA DI IMPUGNATURA/APERTURA <i>La commissione valuterà con maggiore punteggio il migliore sistema di apertura e chiusura delle valve controllato dall'impugnatura del device.</i> <i>Esame del campione in vitro.</i>	25
MORSO ADEGUATO DELLA VALVA (NON TROPPO TAGLIENTE) <i>La commissione giudicherà con maggior punteggio il prodotto in grado di assicurare il maggior prelievo di tessuto e una minore traumaticità. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i> <i>Esame del campione in vitro.</i>	30
TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 28 - LOTTO 78

	PUNTI
FLESSIBILITÀ, SCORREVOLEZZA DEL SISTEMA E INDEFORMABILITÀ <i>La commissione valuterà la maggior flessibilità, scorrevolezza e capacità di resistere alle deformazioni del device tramite esame in vitro del campione. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Esame del campione in vitro.</i>	10
ERGONOMICITÀ DEL SISTEMA DI IMPUGNATURA/APERTURA <i>La commissione valuterà con il maggiore punteggio la pinza che risponde meglio alle sollecitazioni di apertura e chiusura (rapporto 1 a 1). Inoltre valuterà l'ergonomicità dell'impugnatura del manipolo del device. valutazione in vitro.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Esame del campione in vitro.</i>	20
VARIETA' DI FORME E MISURE <i>La commissione valuterà con maggiore punteggio l'offerta più ampia in termini di varietà di forme della pinza e di misure nella scheda tecnica. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i> .	20
CARATTERISTICHE DEL MORSO <i>La commissione valuterà con maggiore punteggio alla migliore presa garantita dal morso della pinza. Esame del campione in vitro.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	30
TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 29– PER IL LOTTO 79- 84-86-87

	PUNTI
FLESSIBILITÀ, SCORREVOLEZZA DEL SISTEMA E INDEFORMABILITÀ <i>La commissione valuterà la maggior flessibilità, scorrevolezza e capacità di resistere alle deformazioni del device tramite esame in vitro del campione. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Esame del campione in vitro.</i>	10
ERGONOMICITÀ DEL SISTEMA DI IMPUGNATURA/APERTURA <i>La commissione valuterà con il maggiore punteggio la pinza che risponde meglio alle sollecitazioni di apertura e chiusura (rapporto 1 a 1). Inoltre valuterà l'ergonomicità dell'impugnatura del manipolo del device. valutazione in vitro.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	10
STRESS DA USURA <i>La commissione valuterà con il maggiore punteggio la pinza che presenta la minore tendenza al deterioramento con l'utilizzo ripetuto. Nello specifico si giudicherà meglio il device in grado di mantenere il rapporto di apertura e chiusura (1 a 1).</i> <i>Relazione tecnica e letteratura scientifica.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare</i>	30
MORSO ADEGUATO DELLA VALVA (NON TROPPO TAGLIENTE) <i>La commissione valuterà con maggiore punteggio alla pinza che mantiene la presa dopo ripetuti utilizzi; valutazione in vitro della capacità di presa della pinza dopo ripetuti utilizzi.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Esame del campione in vitro.</i>	30
TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 30 – PER I LOTTI 88 - 89

	PUNTI
FLESSIBILITÀ E SCORREVOLEZZA DEL SISTEMA <i>La commissione valuterà la maggior flessibilità, scorrevolezza e capacità di resistere alle deformazioni del device tramite esame in vitro del campione. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Esame del campione in vitro.</i>	25
ERGONOMICITÀ DEL SISTEMA DI IMPUGNATURA/APERTURA <i>La commissione valuterà con il maggiore punteggio la pinza che risponde meglio alle sollecitazioni di apertura e chiusura (rapporto 1 a 1). Inoltre valuterà l'ergonomicità dell'impugnatura del manipolo del device. valutazione in vitro.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	25
EFFICACIA DEL TAGLIO <i>La commissione valuterà con il maggiore punteggio alla pinza che assicura un taglio più veloce e più performante. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i> <i>valutazione attraverso prova in vitro.</i>	30
TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 31 – PER IL LOTTO 90

	PUNTI
TENUTA DELLA CHIUSURA <i>La commissione valuterà con il maggiore punteggio al device in grado di assicurare meglio la chiusura della trappola senza incorrere in rotture spontanee e deformabilità accidentali. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i> <i>Valutazione in vitro.</i>	35
TRASPARENZA <i>La commissione valuterà con il maggiore punteggio il device che assicura la migliore visione del campo operativo attraverso le maglie del retino.</i> <i>Valutazione in vitro.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	10
CAPIENZA DI RACCOLTA <i>La commissione valuterà con il maggiore punteggio al prodotto che assicura il volume massimo di raccolta.</i> <i>in vitro e scheda tecnica.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	35
PUNTEGGIO TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 32 – PER I LOTTI 91 E 92

	PUNTI
AMPIEZZA DI APERTURA DEL RETINO/SACCA DI RACCOLTA <i>La commissione attribuisce il miglior punteggio alla Ditta che garantisce l'apertura maggiore e più ergonomica (apertura simmetrica). Esame in vitro. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	30
RESISTENZA DEL SISTEMA <i>La commissione attribuisce il miglior punteggio al device che si deforma di meno agli stimoli di stress meccanico impressi durante la procedura. Esame In vitro. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
FLESSIBILITÀ E ATRAUMATICITÀ DEL SISTEMA <i>La commissione valuterà con maggiore punteggio la maggior flessibilità e scorrevolezza del device tramite esame del campione. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Esame del campione in vitro.</i>	20
ROTABILITA': <i>La commissione attribuisce il miglior punteggio alla Ditta che fornisce il prodotto con il miglior rapporto di rotabilità tra il manipolo e l'estremità distale (da scheda tecnica). Se il rapporto è 1:1 = 10. Se il rapporto non è diverso da 1: 1 il punteggio= 0. Dati da scheda tecnica</i>	10 tabellare
TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 33 – PER IL LOTTO 93

	PUNTI
QUALITÀ DEL MATERIALE	40
ADATTABILITÀ ALLO STRUMENTO	20
FORMA DELLA CAMPANA E SUA MANOVRABILITÀ	20
PUNTEGGIO TOTALE	80

TABELLA 34 – PER IL LOTTO 94

	PUNTI
SCORREVOLEZZA DELLA CANNULA	20
CAPACITÀ NEBULIZZANTE (disperdere omogeneamente il colorante erogato)	30
CARATTERISTICHE DEL MATERIALE IN TERMINI DI INDEFORMABILITÀ	30
PUNTEGGIO TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 35– PER IL LOTTO 96

	PUNTI
COASSIALITÀ CON IL CATETERE E FILO GUIDA <i>La Commissione attribuisce maggior punteggio mantenere posizione coassiale durante le manovre di utilizzo.</i> <i>Prove in vitro.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
CARATTERISTICHE DELLE SETOLE IN TERMINI DI CAPACITÀ DI CAMPIONAMENTO <i>La Commissione attribuisce maggior punteggio alle spatole che garantiscono maggiore raccolta di cellula per il campionamento citologico e minore traumatismo sulla parete del coledoco.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i> <i>Dalla letteratura scientifica. Esame del campione in vitro.</i>	20
RADIOPACITÀ DEL SISTEMA <i>La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device in base alla scheda tecnica e alla letteratura scientifica.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
CONSISTENZA DEL CATETERE <i>La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore capacità di mantenere la posizione e capacità di non deformarsi.</i> <i>Prove in vitro.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
PUNTEGGIO TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 36 – PER I LOTTI 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106

	PUNTI
CARATTERISTICHE DEL MATERIALE DELLA GUIDA <i>La commissione valuterà con maggior punteggio in relazione alla maggiore qualità del materiale della guida.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i> <i>Valutazione da scheda tecnica e da prova in vitro.</i>	20
FLESSIBILITÀ E ATRAUMATICITA' DELLA PUNTA <i>La commissione valuterà con maggior punteggio la migliore flessibilità e la minore traumaticità mediante esame in vitro.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
RIGIDITA' DELLA GUIDA <i>La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore rigidità della guida, in base alla valutazione in vitro.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	15
MANEGGEVOLEZZA E SCORREVOLEZZA <i>La commissione valuterà con maggior punteggio in relazione alla maggiore scorrevolezza tramite inserimento in catetere.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i> <i>Esame in vitro.</i>	20
RADIOPACITÀ <i>La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device in base alla scheda tecnica e alla letteratura scientifica</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	5
PUNTEGGIO TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 37 - PER I LOTTI 107-108-109-110- 111

	PUNTI
RADIOPACITÀ <i>La commissione valuterà la migliore radiopacità in base alla scheda tecnica e alla letteratura scientifica</i> <i>Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	25
SCORREVOLEZZA <i>La commissione valuterà con maggior punteggio in relazione alla maggiore scorrevolezza tramite esame in vitro inserimento in catetere.</i> <i>Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	15
MANEGGEVOLEZZA <i>La commissione valuterà con maggior punteggio in relazione alla maggiore scorrevolezza tramite esame in vitro.</i> <i>Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	15
FACILITA' DI RICONOSCIMENTO DEL PRODOTTO IN RAPPORTO AL PACKAGING <i>La commissione valuterà con il maggior punteggio la facilità nel riconoscere la tipologia dell'ago in rapporto al packaging (descrizione del prodotto).</i> <i>Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	10
ERGONOMIA DEL MANIPOLO <i>La Commissione valuterà la maggiore maneggevolezza ed ergonomia del manipolo post assemblamento tramite esame in vitro.</i> <i>Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	15
PUNTEGGIO TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 38 - PER IL LOTTO 112

	PUNTI
RADIOPACITÀ <i>La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device in base alla scheda tecnica e alla letteratura scientifica.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
MANEGGEVOLEZZA E ATRAUMATICITA' <i>La commissione valuterà con maggior punteggio in relazione alla maggiore scorrevolezza del device nel canale operatore e della sua minore traumaticità. Esame in vitro e canale operatore.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
ERGONOMIA DEL MANIPOLO <i>La Commissione valuterà la maggiore maneggevolezza ed ergonomia del manipolo post assemblamento tramite esame in vitro.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	10
EROGAZIONE DISPERSIONE DELLA RADIOFREQUENZA <i>La Commissione valuterà la migliore erogazione e la minore dispersione della radiofrequenza in base alla letteratura scientifica.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	30
PUNTEGGIO TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 39– PER I LOTTI 115 -116 - 117

	PUNTI
FLESSIBILITÀ SCORREVOLEZZA E INDEFORMABILITÀ DEI CATETERI (AGHI) <i>La commissione valuterà la maggior flessibilità, scorrevolezza e capacità di resistere alle deformazioni del device tramite esame in vitro del campione.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	25
ERGONOMICITÀ DEL SISTEMA DI IMPUGNATURA/APERTURA <i>La commissione valuterà con il maggiore punteggio il device che dopo ripetuti utilizzi mantiene la maggiore capacità di impugnatura ed apertura tramite valutazione in vitro.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	5
FACILITA' DI RICONOSCIMENTO DEL DEVICE <i>La commissione valuterà con il maggior punteggio il prodotto più facilmente riconoscibile dal packaging e dalle indicazioni riportate sull'involucro primario (più esterno). esame in vitro.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	25
ATRAUMATICITÀ <i>la Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta migliori caratteristiche qualitative per minore traumaticità.</i> <i>da relazione descrittiva e letteratura.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	25
PUNTEGGIO TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 40 – PER I LOTTI 120 – 121- 122

	PUNTI
STABILITA' DEL PRODOTTO <i>La commissione valuterà con maggiore punteggio il prodotto che garantisce la maggiore stabilità durante l'utilizzo a tal fine sarà testato dalla Commissione in vitro attraverso l'immersione.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	25
COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL MATERIALE <i>La commissione valuterà con maggiore punteggio il prodotto che presenta una maggiore trasparenza, morbidezza e atraumaticità a tal fine sarà testato dalla Commissione in vitro.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	35
SEMPLICITÀ D'UTILIZZO, MANEGGEVOLEZZA E VERSATILITÀ DEL DISPOSITIVO <i>La commissione valuterà con punteggio maggiore il prodotto più semplice da usare, più maneggevole (da applicazione in vitro) e più versatile (cioè adattabile ai vari tipi di endoscopi disponibili sul mercato risultante da schede tecniche).</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
PUNTEGGIO TOTALE	80

TABELLA 41 - ELIMINATA

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 42 – PER IL LOTTO 127

	PUNTI
DUREVOLEZZA DELLA MARCATURA <i>La commissione valuterà la maggior durata e persistenza della marcatura nel tempo sulla base della letteratura scientifica e scheda tecnica del prodotto. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	50
DISPOSITIVO PRECONFEZIONATO <i>La commissione valuterà come migliore il dispositivo pronto all'uso, predosato, apirogeno con attacco luer - lock. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	30
PUNTEGGIO TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 43– PER IL LOTTO 129

	PUNTI
RADIOPACITÀ <i>La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device in base alla scheda tecnica e alla letteratura scientifica.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
SCORREVOLEZZA <i>La commissione valuterà la maggior scorrevolezza e capacità di resistere alle deformazioni del device tramite esame in vitro del campione.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	10
MANEGGEVOLEZZA <i>La Commissione valuterà la maggiore maneggevolezza ed ergonomia del device tramite esame in vitro.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
SICUREZZA DEL DISPOSITIVO NELL'EROGAZIONE DELLA RADIOFREQUENZA <i>La Commissione valuterà la migliore sicurezza di distribuzione e profondità della radiofrequenza erogata da valutare tramite apposita relazione descrittiva da elaborare come da regole definite nel capitolato 1 pag, toto righe eccc in cui dovrà essere citata anche la letteratura scientifica</i>	30
PUNTEGGIO TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 44- PER I LOTTI 131 E 132

	PUNTI
RADIOPACITA' <i>La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device in base alla scheda tecnica e alla letteratura scientifica.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
MANEGGEVOLEZZA <i>La Commissione valuterà la maggiore maneggevolezza ed ergonomia del device tramite esame in vitro.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	10
RESISTENZA <i>La commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che non si deforma durante la procedura sotto le stimolazioni da utilizzo. esame in vitro.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	25
CAPACITÀ DI EROGAZIONE DELL'IMPULSO EROGATO <i>La commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che garantisce la maggiore performance nella litotrissia e minor traumatismo sulla parete della via biliopancreatica.</i> <i>relazione tecnica con letteratura scientifica e scheda tecnica.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	25
PUNTEGGIO TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 45 - PER IL LOTTO 133

	PUNTI
ADATTABILITÀ AI VARI STRUMENTI <i>La commissione valuterà con maggior punteggio il migliore meccanismo, facile e immediato al montaggio. Esame in vitro e relazione descrittiva Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
MATERIALE <i>La Commissione valuterà con maggior punteggio il migliore e materiale che garantisce maggiore resistenza e minore usura durante l'utilizzo . Relazione tecnica. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	10
STABILITA' <i>La commissione valuterà con maggior punteggio il device non si deforma e non si disloca durante la procedura sotto le stimolazioni da utilizzo. esame in vitro. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	25
PUNTEGGIO TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 46 PER IL LOTTO 141

	PUNTI
QUALITA' DEL MATERIALE <i>La commissione valuterà con maggior punteggio al materiale che garantisce migliore performance</i> <i>Relazione tecnica.</i> <i>Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	15
CARATTERISTICHE TECNICHE <i>La commissione valuterà con maggior punteggio allo strumento che garantisce performance di utilizzo simili ai duodenoscopia standard.</i> <i>esame in vitro.</i> <i>Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	15
RAPPORTO FLESSIBILITA' - RIGIDITA' <i>La commissione valuterà con maggior punteggio il migliore rapporto FLESSIBILITA' - RIGIDITA' durante le manovre di utilizzo.</i> <i>esame in vitro e relazione.</i> <i>Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
QUALITA' IMMAGINI <i>La commissione valuterà con maggior punteggio la migliore qualità di immagini prodotte dalla visione endoscopica. Relazione tecnica con immagini.</i> <i>Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
ERGONOMICITA' DEL DEVICE <i>La commissione valuterà con maggior punteggio l'ergonomicità delle manopole di "up-down", "sinistra-destra" e delle valvole di aspirazione-insufflazione.</i> <i>Relazione e scheda tecnica.</i> <i>Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	10
PUNTEGGIO TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 47:

l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 35, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 per i seguenti lotti:

8 - 10 - 13 - 20 - 23 - 34 - 116- 130 - 134 - 135 - 136

TABELLA 48 PER IL LOTTO LOTTO 17

	PUNTI
MANEGGEVOLEZZA DEL SISTEMA IN PARTICOLARE SUL SISTEMA DI BLOCCAGGIO <i>La Commissione valuterà con maggior punteggio il device che garantisce un sistema di bloccaggio più sicuro ed efficace. Valutazione in vitro.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	25
SEMPLICITÀ E STABILITÀ DI MONTAGGIO <i>La Commissione valuterà con maggior punteggio il sistema che presenta facilità maggiore di montaggio e migliore stabilità del sistema una volta assemblato. Valutazione in vitro.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
ERGONOMICITÀ <i>La Commissione valuterà con maggior punteggio il sistema che presenta la migliore ergonomia. Valutazione in vitro.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	10
VISIBILITÀ ENDOSCOPICA <i>La Commissione valuterà con maggior punteggio il device che consente la migliore visibilità endoscopica dopo l'assemblaggio del legatore. Valutazione in vitro.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	25
PUNTEGGIO TOTALE	80

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

TABELLA 49 PER IL LOTTO LOTTO 22

	PUNTI
SCORREVOLEZZA DEL DEVICE <i>La commissione valuterà la maggiore scorrevolezza del device. Valutazione in vitro. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	30
ATRAUMATICITA' DEL CATETERE SULLA SUPERFICIE DI CONTATTO <i>La commissione valuterà con maggior punteggio il device con la minore traumaticità alla prova in vitro e relazione tecnica. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
SICUREZZA DEL DEVICE <i>La commissione valuterà con maggior punteggio il device che presenta minori rischi sul paziente. Valutazione scheda tecnica. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	30
TOTALE	80

TABELLA 50 PER IL LOTTO LOTTO 23

	PUNTI
ERGONOMICITÀ DEL SISTEMA <i>La commissione valuterà con punteggio più alto le caratteristiche tecniche del prodotto che agevolano l'applicabilità del device anche in condizioni di stress sfavorevoli. La valutazione avverrà esaminando il campione comprensivo di applicatore. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

QUALITA' DEL MATERIALE <i>La commissione valuterà con maggior punteggio il device con la minore traumaticità alla prova in vitro e relazione tecnica. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	30
CONTROLLO DEL SISTEMA DI APERTURA/CHIUSURA <i>La commissione valuterà con maggiore punteggio il migliore il miglior rapporto fra apertura e chiusura del loop - controller del manipolo. Esame del campione in vitro. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	30
TOTALE	80

TABELLA 51 PER IL LOTTO LOTTO 135

	PUNTI
ERGONOMICITÀ DEL SISTEMA <i>La commissione valuterà con punteggio più alto le caratteristiche tecniche del prodotto che agevolano l'applicazione del device anche in condizioni di stress sfavorevoli. La valutazione avverrà esaminando il campione comprensivo di applicatore. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
QUALITA' DEL MATERIALE <i>La commissione valuterà con maggior punteggio il device che garantisce la migliore performance e tenuta nel tempo del pallone. Valutazione tramite letteratura scientifica e scheda tecnica. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
TRAUMATICITÀ DEL PALLONE <i>La commissione attribuirà maggiore punteggio al device che garantisce minor rischio di lesioni della mucosa. Valutazione tramite scheda tecnica e letteratura. Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20

DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

POSSIBILITA' DI RECUPERO DEL PALLONE PER MODIFICHE DEL VOLUME <i>La commissione attribuirà maggiore punteggio il device che può essere modulato ed adattato alle necessità cliniche del paziente. Valutazione tramite scheda tecnica e letteratura.</i> <i>Il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.</i>	20
TOTALE	80